

# EU-Konformitätserklärung

Dokumenten Nr.: 1308-210250

Index: 10

Im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 des europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017

Hersteller: AKTORmed GmbH

Die AKTORmed GmbH trägt die alleinige Verantwortung für die Ausstellung der EU-Konformitätserklärung. Die AKTORmed GmbH erklärt hiermit, dass das nachfolgende Produkt und dessen zusätzliche Bestandteile nach Anlage 1 zu aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der vom Hersteller in Verkehr gebrachten Ausführung der Verordnung (EU) 2017/745 entspricht.

Bei einer nicht mit dem Hersteller abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Handelsname	Artikelnummer	Risiko-klasse	Basis UDI-DI	UDI-DI	SRN
JOYSTICK-LH	172091	Klasse I	4260463840038X	4260463840919	DE-MF-000006136
JOYSTICK-RH	182198			4260463841985	
JOYSTICK-LH-IIA	202428			4260463844283	
JOYSTICK-RH-IIA	202427			4260463844276	
JOYSTICK-LH-US	212543			4260463845433	
JOYSTICK-RH-US	212544			4260463845440	
JOYSTICK-LH-IIS	242695			4260463846959	
JOYSTICK-RH-IIS	242696			4260463846966	
JOYSTICK-LH-IIS	262870			4260463848700	
JOYSTICK-RH-IIS	262871			4260463848717	

Angewandte Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird:

Keine

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der JOYSTICK ist ein optionales Eingabegerät zur Bedienung und Verwendung in Verbindung mit dem SOLOASSIST.

Rohs (2011/65/EU)

Für alle Anfragen zum Produkt oder zu dieser Erklärung wenden Sie sich bitte an:

AKTORmed GmbH  
Neugablonzer Straße 13  
93073 Neutraubling, Deutschland  
[www.aktormed.com](http://www.aktormed.com)

Neutraubling, 24.02.2026

Ort; Datum



AKTORmed GmbH  
Neugablonzer Straße 13  
93073 Neutraubling, Germany  
Phone: +49 9401 9320110  
eMail: [info@aktormed.com](mailto:info@aktormed.com)  
[www.aktormed.com](http://www.aktormed.com)

Robert Geiger / Geschäftsführer  
Für und im Auftrag der AKTORmed GmbH

Dokumentnummer / document number	1308-210250
Version / version	10
Datum / date	24.02.2026
Seite / page	1 / 3

# EU-Declaration of conformity

Document No.: 1308-210250

Index: 10

Within the meaning of Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017

**Manufacturer:** AKTORmed GmbH

AKTORmed GmbH bears the sole responsibility for issuing the EU Declaration of Conformity.

AKTORmed GmbH hereby declares that the following product and its additional components according to Attachment 1 are in compliance with Regulation (EU) 2017/745 due to their design and construction and in the version placed on the market by the manufacturer.

If the machine is modified without the agreement of the manufacturer, this declaration loses its validity.

Trade name	Article number	Risk class	Basis UDI-DI	UDI-DI	SRN
JOYSTICK-LH	172091	Class I	4260463840038X	4260463840919	DE-MF-000006136
JOYSTICK-RH	182198			4260463841985	
JOYSTICK-LH-IIA	202428			4260463844283	
JOYSTICK-RH-IIA	202427			4260463844276	
JOYSTICK-LH-US	212543			4260463845433	
JOYSTICK-RH-US	212544			4260463845440	
JOYSTICK-LH-IIS	242695			4260463846959	
JOYSTICK-RH-IIS	242696			4260463846966	
JOYSTICK-LH-IIS	262870			4260463848700	
JOYSTICK-RH-IIS	262871			4260463848717	

Applied specifications for which conformity is declared:

None

Intended use

The JOYSTICK is an optional input device for operation of and use in conjunction with the SOLOASSIST.

Rohs (2011/65/EU)

For all inquiries about the product or this declaration, please contact:

AKTORmed GmbH  
 Neugablonzer Straße 13  
 93073 Neutraubling, Germany  
[www.aktormed.com](http://www.aktormed.com)

Neutraubling, 24.02.2026

Place; Date



AKTORmed GmbH  
 Neugablonzer Straße 13  
 93073 Neutraubling, Germany  
 Phone: +49 9401 9330 110  
 eMail: [info@aktormed.com](mailto:info@aktormed.com)  
[www.aktormed.com](http://www.aktormed.com)

Robert Geiger / Managing Director  
 For and on behalf of AKTORmed GmbH

Dokumentnummer / document number	1308-210250
Version / version	10
Datum / date	24.02.2026
Seite / page	2 / 3

## Anlage 1 zur Konformitätserklärung / Attachment 1 to the declaration of conformity

Dokumenten Nr. / Document No. 1308-210250

Index: 10

Liste von Bestandteilen, auf die sich die Konformitätserklärung neben dem Hauptprodukt erstreckt:

Artikelnummer	Bezeichnung	UDI-DI
172066	MAGNETBÜGEL M	4260463840667
172065	MAGNETBÜGEL L	4260463840650
161822	ADAPTER 1	4260463848229
172088	ADAPTER 2	4260463840889
172067	ANBINDUNG M	4260463840674
172068	ANBINDUNG L	4260463840681
172099	STERILISATIONSTRAY	4260463840995

List of components covered by the declaration of conformity in addition to the main product:

Article number	Description	UDI-DI
172066	MOUNT-1A	4260463840667
172065	MOUNT-1B	4260463840650
161822	ADAPTER-1	4260463848229
172088	ADAPTER-2	4260463840889
172067	MOUNT-2A	4260463840674
172068	MOUNT-2B	4260463840681
172099	STERILISATION TRAY	4260463840995



**AKTORmed GmbH**  
 Neugablonzer Straße 13  
 93073 Neunhaubling, Germany  
 Phone: +49 9401 9520/110  
 eMail: info@aktormed.com  
 www.aktormed.com